

年表→ 1978年 5月 日立メディコ 普及型頭部用X線CT CT-HSを完成  
→下記資料をリンクする

1978年 5月

日立メディコ 普及型頭部用X線CT CT-HSを完成



普及型頭部用X線CT CT-HS (カタログより)

国産初のCT装置CT-250を普及型としてコンパクト化し、市場投入した。

#### 主な仕様

対象部位: 頭部  
有効視野: 244mm $\Phi$   
X線吸収係数範囲: -1000~+1000  
スキャン時間: 2分50秒  
スライス数: 1スライス  
スライス厚: 10mm/5mm  
再構成時間: 4秒  
画像マトリックス: 256 × 256